

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

- จัดซื้อโลหะตามกระดุกสันหลังส่วนอก เอว จำนวน 14 รายการ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลพิจิตร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลพิจิตร

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,937,000.-บาท (สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... 6 มิ.ย. 2561

เป็นเงิน 4,374,500.-บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) ตามรายละเอียดแนบท้าย

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 บริษัท พีทีเอส เมดิคอล จำกัด

4.2 บริษัท ซินทิมกรุ๊ป จำกัด

4.3 บริษัท ที แอนด์ ที ไบโอเมดิคอล เอนจิเนียริง จำกัด


5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

ลงชื่อ.....  ..... ประธานกรรมการ

(นายวิทย์ ประทีนทอง)

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ

(นายณัยรัตน์ ลัทธินธรรม)

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ

(นายสุวิทย์ ตั้งเจริญวัฒนากร)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลัง ระบบ PEDICULAR SCREW  
โรงพยาบาลพิจิตร

ความต้องการ

โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลัง ชนิดพิเศษระบบ PEDICULAR SCREW

วัตถุประสงค์การใช้งาน

สำหรับใช้ในการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกสันหลัง ใช้ตามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว และกระดูกขากรรไกร

คุณสมบัติทั่วไป

ประกอบด้วย

1. PEDICULAR SCREW
2. ROD
3. NUT SCREW
4. CROSS-LINK
5. ROD \*CONNECTOR

คุณลักษณะเฉพาะ

1. PEDICULAR SCREW
  - 1.1 ทำจากโลหะไททาเนียม (TITANIUM) แบบ medical grade หรือวัสดุที่ดีกว่า
  - 1.2 Pedicular screw มี 2 แบบ คือ
    - MONOAXIAL SCREW มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 4.5 มิลลิเมตรขึ้นไป และมีความยาวสกรูตั้งแต่ 30 มิลลิเมตรขึ้นไป
    - POLYAXIAL SCREW มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 4.5 มิลลิเมตรขึ้นไป และมีความยาวสกรูตั้งแต่ 30 มิลลิเมตรขึ้นไป
2. ROD
  - 2.1 มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 มิลลิเมตร เป็นแท่งยาวตามขนาดที่ต้องการ สามารถตัดและตัดได้ตามความต้องการ
3. NUT SCREW
  - 3.1 ใช้ยึด ROD กับ SCREW ได้แน่นหนา ง่ายต่อการใช้งาน
4. CROSS-LINK
  - 4.1 เป็นแบบ ADJUSTABLE สามารถปรับความยาวได้ มีความยาวให้เลือกหลายขนาด
5. ROD CONNECTOR (ตัวต่อ ROD)
  - 6.1 มีทั้งแบบที่ใช้ยึดระหว่าง THORACOLUMBAR และ CERVICAL พร้อมด้วยเครื่องมือทำ POSTERIOR CERVICAL SYSTEM (ในกรณีที่ต้องใช้)

เงื่อนไขเพิ่มเติม

1. ผ่านการประเมินของแพทย์ในกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
2. มีเครื่องมือสำหรับการผ่าตัดให้ยืมใช้ พร้อมทั้งคู่มือแนะนำการใช้งาน



ศ.พ. ศ.พ. พ.ศ. ๒๕๖๓

3. กรณีมีปัญหาทำให้ไม่สามารถผ่าตัดได้เนื่องจากเครื่องมือไม่พร้อม ทำให้จำเป็นต้องใช้ของบริษัทอื่นแทน ทางบริษัท ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางโรงพยาบาลต้องจ่ายเพิ่ม
4. บริษัทต้องจัดเครื่องมือสำหรับการผ่าตัดและอุปกรณ์สำหรับตัดกระดูก เตรียมเข้ากระบวนการ sterilization พร้อมส่งถึงห้องผ่าตัด
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองการจำหน่ายจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข



นาย อภิชาติ อภิชาติ